

**Tashlamalarning avtomatik monitoring stansiyalari mahsulotlarini
sertifikatlashtirish sinovlarini amalga oshirish bo'yicha
SINOV DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari	Sinov usullari bo'yicha me'yoriy hujjat
1	Ish sharoitlarini nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 п.5.1.1.	O'z MSt 195:2024 п.7.3.
2	*O'lchanadigan ko'rsatkichlar ro'yxatini nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 п.5.1.2.	O'z MSt 195:2024 п.7.4.
3	Namuna olish tizimining xususiyatlarini boshqarish	O'z MSt 195:2024 п.5.3.8.	O'z MSt 195:2024 п.7.6.
4	*Javob berish vaqtini boshqarish	O'z MSt 195:2024 п.5.1.9.	O'z MSt 195:2024 п.7.7.
5	*DT xususiyatlarini boshqarish	O'z MSt 195:2024 п.5.4.	O'z MSt 195:2024 п.7.9.
6	*O'lchovlarning chastotasini nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 п.5.3.3.	O'z MSt 195:2024 п.7.10.
7	*Tizimdagi ma'lumotlarni himoya qilishni boshqarish	O'z MSt 195:2024 п.5.3.7.	O'z MSt 195:2024 п.7.9.
Elektromagnit mosligi talablari			
8	Устойчивость к электростатическим разрядам	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1	O'zMSt IEC 61000-4-2:2023 раздел 8
9	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2	O'z MSt IEC 61000-4-4:2023 раздел 8
10	Устойчивость к выбросу напряжения	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, §2, таб. № 3.2	O'z MSt IEC 61000-4-5:2023 раздел 8
11	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3	O'zMSt IEC 61000-4-11:2023 раздел 8
12	Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 1, таб. № 3.1	O'z MSt IEC 61000-4-6:2023 п.8

13	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV, § 1, таб. № 4.1	O'zMSt IEC 61000-4-3:2023 раздел 8
14	Уровень напряженности поля ИРП	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1	ГОСТ CISPR 11-2017 раздел 9
15	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3, таб. № 1.3	O'zMSt IEC 61000-3-3:2023 п.4
16	Гармонические составляющие тока	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1	O'zMSt IEC 61000-3-2:2023 п.6.2
17	Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2 Раздел V § 2, таб.5.2, 5.3	ГОСТ CISPR 11-2017 раздел 7

Izoh: “*” Ushbu ko'rsatgichlar bo'yicha sinovlar 2026-yil 1-apreldan amalga kiritiladi.

**Tashlamalarning avtomatik monitoring stansiyalari mahsulotlarini sertifikatlashtirish
sinovlarini amalga oshirish bo'yicha mahsulotlarini
IDENTIFIKATSIYA DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari
1.	Stansiyalarning jihozlari va konstruktiv xususiyatlarini, texnik shartlarga muvofiqligini nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 II.5.1.1., 7.2.
2.	Tamg'alashni nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 II.5.6., 7.13.
3.	Qadoqlashni nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 II.5.7., 7.14.
4.	To'liqlikni nazorat qilish	O'z MSt 195:2024 II.5.5., 7.15.