

Texnik jihatdan tartibga solish
agentligining 2025-yil 30-dekabrdagi
104-son buyrug'iga
1-ilova

**Atmosfera havosi sifatini avtomatik monitoring stansiyalari mahsulotlarini
sertifikatlashtirish sinovlarini amalga oshirish bo'yicha
SINOV DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari	Sinov usullari bo'yicha me'yoriy hujjat
1	Stansiyaning vazni nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.15.	O'z MSt 194:2024 п.7.4.
2	Elektr qarshilik nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.13.	O'z MSt 194:2024 п.7.5. ГОСТ 12997-84 п.5.11.
3	Elektr chidamliligining nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.14.	O'z MSt 194:2024 п.7.6. ГОСТ 12997-84 п.5.11.
4	Tashqi sharoitlar ta'siri nazorati	O'z MSt 194:2024 п.5.1.5., 5.2.3.	O'z MSt 194:2024 п.7.11.
5	Himoya darajasi nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.10.	O'z MSt 194:2024 п.7.12.
6	*Energiya sarfining tavsifi nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.12.	O'z MSt 194:2024 п.7.14.
7	*Stansiyadan ma'lumotlarni yetkazib berish tavsifi nazorati	O'z MSt 194:2024 п.4.11., 5.3.1., 5.3.3., 5.3.4., 5.3.6.	O'z MSt 194:2024 п.7.15.
8	*O'lchash ishlarini davriyligi nazorati	O'z MSt 194:2024 п.5.1.5., 5.2.1.	O'z MSt 194:2024 п.7.16.
9	*Stansiyaning bosh qurilmasida ma'lumotlarni saqlash muddati nazorati	O'z MSt 194:2024 п.5.3.7.	O'z MSt 194:2024 п.7.15.
10	*Ma'lumotlarni qabul qilish va yetkazib berishda, tizimda ma'lumotlarni himoya qilish, ularning to'liqliligi va ishonchliligini qasddan buzilishini oldini olish	O'z MSt 194:2024 п.5.3.2., 5.3.12.	O'z MSt 194:2024 п.7.15.
Elektromagnit mosligi talablari			
11	Устойчивость к электростатическим разрядам	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел VI, § 1, таб. № 6.1	O'zMSt IEC 61000-4-2:2023 раздел 8
12	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 2, таб. № 3.2	O'z MSt IEC 61000-4-4:2023 раздел 8

13	Устойчивость к выбросу напряжения	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, §2, таб. № 3.2	O'z MSt IEC 61000-4-5:2023 раздел 8
14	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 4, таб. № 1.3	O'zMSt IEC 61000-4-11:2023 раздел 8
15	Устойчивость к кондуктивным помехам, вызванным радиочастотными полями	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел III, § 1, таб. № 3.1	O'z MSt IEC 61000-4-6:2023 п.8
16	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел IV, § 1, таб. № 4.1	O'zMSt IEC 61000-4-3:2023 раздел 8
17	Уровень напряженности поля ИРП	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел V, § 1, таб. № 5.1	ГОСТ CISPR 11-2017 раздел 9
18	Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 3, таб. № 1.3	O'zMSt IEC 61000-3-3:2023 п.4
19	Гармонические составляющие тока	UzTR.389-010:2016 Приложение № 2, Раздел I, § 1, таб. № 1.1	O'zMSt IEC 61000-3-2:2023 п.6.2
20	Уровень напряжения ИРП на сетевых зажимах	UzTR 389-010:2016 Приложение № 2 Раздел V § 2, таб.5.2, 5.3	ГОСТ CISPR 11-2017 раздел 7

Izoh: “*” Ushbu ko'rsatgichlar bo'yicha sinovlar 2026-yil 1-apreldan amalga kiritiladi.

**Atmosfera havosi sifatini avtomatik monitoring stansiyalari mahsulotlarini
IDENTIFIKATSIYA DASTURI**

T/r	Ko'rsatkich nomi	Me'yoriy hujjat talablari
1.	Stansiyaning tuzilish o'ziga xos xususiyatlari va butligi nazorati	O'z MSt 194:2024 II.4.2., 7.2.
2.	Stansiyaning ta'mirga yaroqliligi nazorati	O'z MSt 194:2024 II.4.7., 7.3.
3.	Avtonom quvvatlash mavjudligi va unda stansiyaning ish davomiyligi nazorati	O'z MSt 194:2024 II.4.12., 7.13.
4.	Markirovka nazorati	O'z MSt 194:2024 II.5.5., 7.18.
5.	Qadoqlash nazorati	O'z MSt 194:2024 II.5.6., 7.19.
6.	Butlik nazorati	O'z MSt 194:2024 II.5.5., 7.20.