

Davlat budjeti, davlat maqsadli jamg'armalari hamda budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari
hisobiga xarid qilinishi rejalashtirilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) to'g'risidagi

MA'LUMOTLAR

T/r	Xarid qilinishi rejalashtirilgan tovar nomi	Qisqacha tavsifi (rus va o'zbek tillarida)	Miqdori (o'lovchov birligi)	Soni	Moliyalashtirish manbai	Sotib olish rejalashtirilgan oy va yili	Xarajatlar moddasi	Xarid amalga oshirish turi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Hisobot yilining ma'lumotlar e'lon qilinayotgan choragi)								
1	Pulsoksimetr	Barmoq uchi oksimetri bemor qonining kislorod bilan to'yinganligini o'lchash uchun kichik qo'lida ushlab turiladigan tibbiy asbob Puls va to'liqin shakli diapazonlari: Qondagi kislorod bilan to'yinganlik darajasi (SpO ₂) va puls chastotasi (PR) ko'rsatishi kerak. SpO ₂ o'lchash diapazoni: 70 % dan kam bo'lmagan va 100 % dan ko'p bo'lmagan. Puls chastotasi diapazoni: 25 dan 270 zarbagacha/minut bo'lishi kerak Display: Raqamli LED/LCD displey bo'lishi kerak. Foydalanilmaganda avtomatik o'chish funksiyasi bo'lishi kerak. Uskunalar Puls monitori 1 dona. Batareyalar kamida 2 dona. Foydalanish bo'yicha qo'llanma	Dona	220	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz
2	Birinchi yordam qutisi	Birinchi tibbiy yordam sunikasi qutqaruv operatsiyasi uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak Texnik xususiyatlar: uch tomondan cho'ntaklar Qutqaruv joyida osongina aniqlash uchun lyuminestsent ranglar bilan jozibali dizayn. Ichki issiqlik izolyatsiyasi, 1,5 kg dan oshmasligi kerak materiali suv o'tkazmaydigan bo'lishi kerak	Dona	218	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz
3	Dinamometr (Kafi)	Ishtab chiqarilgan yili: 2026-yildan oldin emas Talabgor taklifning ajralmas qismi sifatida ko'rsatilgan xususiyatlarning muvofiqligini tasdiqlash uchun kataloglar,	Dona	98	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz

		uskuna pasportlari va boshqa texnik hujjatlarni taqdim etishi kerak. Maksimal o'lash yuklamasi (kuchi): kamida 85 kg (200 lbs); O'lash amqligi / xatolik chegarasi: ± 0.6 kg (1 lb) dan oshmasligi kerak; O'chov birliklari: kilogramm (kg) va funt (lb) da ko'rsatish imkoniyati; Display: ko'rsatkichlarni aniq aks ettiruvchi katta LCD (JKB) display; Rukoyat: har qanday o'lamdagi kaftga moslashtiriladigan, botaluvchi regulyatori sozlama oladigan tutqich; Xotira funksiyasi: foydalanuvchining jinsi va yoshini kiritish imkoniyati bilan kamida 19 ta foydalanuvchi natijalarini saqlash xotirasi; Natijalarni tahlil qilish va baholash funksiyasi: joriy natijani oldingisi bilan taqoslash hamda "zaif / normal / kuchli" (слабый / нормальный / сильный хват) indikatsiyasi; Quvvat manbai: 2 dona AAA turidagi batareyalar orqali ishlashi va avtomatik o'chish (энергосбережение) funksiyasi mavjudligi; Jamlama va qadoq: sovg'a/limoya qadoq qutisi, foydalanish yo'riqnomasi, batareyalar jamlamasi.						
4	Portativ muz (termo) sumkasi	Vaksinalar va boshqa tibbiy mahsulotlarni tashish uchun sovutish termal konteyner sumkasi. Texnik xususiyatlar: Termal idishning hajmi 10 litrdan kam emas Hajmi : kamida 400 * 250 * 270 mm Ichki qatlarning materiali past nurlanish qobiliyatiga ega oq plastikdan iborat bo'lishi kerak. materiali nurlanishdan issiqlik yoki sovuqlikni yo'qotilishini kamaytirishi kerak	Dona	285	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz
5	Patronaj chemo-dani	Vaksinalar va boshqa tibbiy mahsulotlarni tashish uchun termal konteyner sumkasi. Texnik xususiyatlar: Termal idishning hajmi 12 litrdan kam emas. Hajmi : kamida 400 * 250 * 270 mm Ichki qatlarning materiali past nurlanish qobiliyatiga ega oq plastikdan iborat bo'lishi kerak. materiali nurlanishdan issiqlik yoki sovuqlikni yo'qotilishini kamaytirishi kerak	Dona	34	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz

		Ko'pchilik dastaklar ikki xil o'lchamda ishlab chiqariladi: 23 dyum (58,4 sm) va 25 dyum (63,5 sm).Dastak World archery xalqaro standartlariga javob berishi va rasmiy hamkorlar orqali sotib olinishi kerak.					
		Ishlab chiqarilgan yili: 2026-yildan oldin emasligi ko'rsatiladi Talabgor taklifning ajralmas qismi sifatida ko'rsatilgan xususiyatlarning muvofiqligini tasdiqlash uchun kataloglar, uskuna pasportlari va boshqa texnik hujjatlarni taqdim etishi kerak. Texnik talablar: Aerozol zarrachalari o'lchami: 0,5–5 mikrondan kam bo'lmisligi kerak; Elektron taymer: maksimal vaqt kamida 50 daqiqa yoki uzluksiz ishlash rejimi/ Almashiriladigan havo va bakterial filtrlar; Havo oqimi va kristall ish quvvatini elektron nazorat qilish; Ingalyatsiya kamerasi va naychalari 134°C dan yuqori bo'lmagan haroraida sterilizatsiya qilinadigan bo'lishi kerak; Kamerani avtomatik to'ldirish tizimi; Ingalyatsiya kamerasida suyuqlik bo'lmaganda avtomatik o'chirish; Aerozolni isitish tizimi: kamida 37°C; Zaxira qismlar: Пьез кристалл запасной; Многогоразовые стерилизуемые при 134о с шланги. Hujjatlar (har bir birlik uchun):Foydalanish bo'yicha yo'riqnomaga rus tilida Texnik servis xizmati bo'yicha yo'riqnomaga rus yoki ingliz tilida Sertifikatlash talablari:Ishlab chiqaruvchi xalqaro sifat nazorati sertifikatlariga ega bo'lishi kerak: ISO 13485: CE Foydalanish bo'yicha yo'riqnomaga rus yoki o'zbek tillarida taqdim etilsin Texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha yo'riqnomaga rus yoki ingliz tilida taqdim etilsin					
6	Ultratovushli ingolyator apparati	Dona	191	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz
7	Yuguruvchi impulsli magnit maydon bilan ta'sir ko'rsatuvchi magnetoterapiya apparati	Dona	166	byudjet	oktabr 2026-yil	48 21 190	farma.uzex.uz

bilan pediatrik rejim (maydon turi - ishlaydigan)	6mT dan								
10mT gacha									
Induktor bobinining qo'zg'alish chastotasi, magnit induksiya qiymati pasaytirilgan pediatrik rejim (maydon turi - ishlaydigan) 4Gts dan 8Gts gacha Induktor bobinining ishchi yuzasida magnit induksiyaning amplituda qiymati, aniq og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega rejim (maydon turi - statsonar)									
4±2 mT dan kam emas									
Induktor bobinining qo'zg'alish chastotasi, aniq og'riq qoldiruvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega rejim (dala turi - statsonar) 110 Gts dan ko'p emas									
Ko'rsatkich: yorug'lik va ovoz Mayjudlik.									
Qisqa muddati oraliq rejimda ishlashni ta'minlash (20 daqiqa - magnit ta'sir qilish vaqti, 10 daqiqa - tanaffus): 7 soatdan kam bo'lmasiligi kerak									
Elektir ta'minoti, chastota, kuchlanish AC quvvat manbai, 50 Hz, ~230 +23 -32 V									
Nominal quvvat 110 VA									
Emitterni boshqaruv blokiga ulaydigan kabel uzunligi, m ±0.1	1.2								
Ikki juft induktor bobinlari orasidagi kabel uzunligi, m 0,4 ±0,05									
Elektir simining uzunligi, m 2.0 ±0.1									
Elektir xavfisizligini himoya qilish klassi, ishchi qism II, BF turi Yevroosiyo Iqtisodiy Komissiyasi Kengashining 22.12.2015 yildagi 173-sonli qaroriga muvofiq foydalanishning potentsial xavfiga qarab sinf. 2a									
Umumiy o'lchamlar (Uzunlik×K×B)									
Boshqaruv bloki, mm (145 ±10) x (78 ±10) x (34 ±5) dan oshmasligi kerak									
Emitter, mm (900 ±15) x (90 ±5) x (20 ±5) dan ko'p bo'lmasiligi kerak									
Qurilmaning og'irligi, kg dan oshmasligi kerak 1.2 kg									
Umumiy talablar									
YEOII ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma mavjudligi Qurilma komponentlarining tashqi yuzalari MU-287-113 bo'yicha kimyoviy dezinfektsiyaga, GOST 177 bo'yicha 3% vodorod peroksid eritmasiga va TU 9392-031-00203306 bo'yicha 5% xloramin eritmasiga chidamli.									

Marketing, DXShni rivojlantirish va davlat xaridlari bo'limi

M.Odinayev